



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ



ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK DI VARI SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA PURA E ULTRAPURA INSTALLATI PRESSO I DIPARTIMENTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, SUDDIVISO NEI SEGUENTI LOTTI:

LOTTO 1: Servizio di manutenzione full-risk su sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura di produzione della MERK/MILLIPORE

LOTTO 2: Servizio di manutenzione full-risk su sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura di produzione della SARTORIUS e della HUMAN CORPORATION

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - OGGETTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA E IMPORTO

L'oggetto della presente procedura aperta è la conclusione di un accordo quadro, con un solo operatore economico, per l'affidamento del servizio di manutenzione full risk dei sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura installati presso l'Istituto Superiore di Sanità suddiviso in due lotti funzionali. L'aggiudicatario si obbliga a fornire tutti i materiali consumabili ed i pezzi di ricambio che, nel corso della durata dell'intero contratto, saranno necessari, sia alla corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione e assistenza sia all'utilizzo quotidiano e ordinario dei sistemi. L'appalto è suddiviso nei seguenti due (2) Lotti funzionali:

LOTTO N. 1: Servizio di manutenzione full-risk sui sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura **MERK/MILLIPORE.**

SISTEMI NON IN QUALITÀ:

	PRODUTTORE	MODELLO	INV ENTARIO	UBICAZIONE
1	MILLIPORE/ MERCK	Elix 3 CT/Synergy a) ELIX 3 b) MILLIQ Synergy 185 c) serbatoio	C074440 C074441 C078584	ED.1, P. C, ST. 16
2	MILLIPORE/ MERCK	MILLI-Q REFERENCE A+	N.I.	Ed. 1, P. G, St. 30
3	MILLIPORE/ MERCK	LARGE RIOS	77180-1	Ed. 1, P. G, St. 30
4	MILLIPORE/ MERCK	Milli-Q ACADEMIC CT	85713	Ed. 20, P. 2, St. 2

5	MILLIPORE/ MERCK	ELIX CT	N.I.	ED. 20, P. 2, ST. 2
6	MILLIPORE/ MERCK	SMART SYNERGY	N.I.	ED. 8A, P. C, ST. 30
7	MERCK/MILL IPORE	ELIX 10	C078113	ED. 15, P. E, ST. 3
8	MERCK/MILL IPORE	Sistema distribuzione dell'acqua	C078114	ED. 15, P. E, ST. 3
9	MERCK/MILL IPORE	Mini Q Biocel	C078112	ED. 15, P. E, ST. 3
10	MILLIPORE	MILLIQ-ACADEMIC	86632	ED. 1, P. A, ST. 60
11	MILLIPORE/ MERCK	MilliQ Advantage A10	868877 - cat III	ED. 1, P. E, ST. 66B
12	MILLIPORE	DIRECT-Q 3UV	87005 4	ED. 21, P. C, ST. 4
13	MILLIPORE/ MERCK	ELIX ESSENTIAL3	87396	ED. 21, P. C, ST. 11
14	MILLIPORE/ MERCK	ELIX 3	82038	ED. 21, P. C, ST. 9
15	MILLIPORE/ MERCK	MILLI-Q AG A10	077799-5 III ctg	ED. 1, P. E, ST. 25
16	MILLIPORE/ MERCK	ELIX/MILLI-Q	82126	ED. 1, P. A, ST. 35

17	MILLIPORE/ MERCK	MILLI-Q INTEGRAL 3	85853	ED. 21, P. A, ST. 13
18	MILLIPORE/ MERCK	SUNERGY UV (n. serie F6CN42851C)		ED. 15, P. C, ST. 13
19	MILLIPORE/ MERCK	MILLI-Q SYNTHESIS CT A10		ED. 19, P. A, ST. 2
20	MILLIPORE/ MERCK	MILLI-Q ACADEMIC	84630	ED. 20, P. C, ST. 7
21	MILLIPORE	MILLI-Q Integral 3	84051	ED. 15, P 2, ST .9
22	MILLIPORE/ MERCK	MILLI-Q ACADEMIC		ED. 20, P. D, ST. 13
23	MILLIPORE/ MERCK	ELIX		ED. 20, P. D, ST. 13
24	MILLIPORE/ MERCK	ELIX	75901-4	ED. 1, P. A, ST. 10
25	MILLIPORE/ MERCK	SYNERGY UV	86516-6	ED. 1, P. H, ST. 26
26	MILLIPORE	MILLI-Q plus		ED. 1, P. B, ST. 29
27	MILLIPORE	MILLI-Q PLUS	12760-8	ED. 8A, ST. 15
28	MILLIPORE	MILLI-Q BIOCELL	78010-0	ED. 6, ST. 108

29	MILLIPORE	SYNERGY 185	74458	ED. 53 P. A ST. 4
30	MILLIPORE	ELIX 3 ESSENTIAL	87210	ED. 53 P. A ST. 4
31	MILLIPORE/ MERCK	MQ Reference	84920-3	ED. 30, P. D, ST.5
32	MILLIPORE/ MERCK	Elix Reference 3	85797	ED. 30, P. D, ST.5
33	MILLIPORE/ MERCK	MILLI-Q ACADEMIC CT	7719	ED. 1, P. B, ST. 58
34	MILLIPORE	MILLI-Q INTEGRAL 3	C085337	Ed. 1, P. C, st. 93

SISTEMI IN QUALITA' :

	PRODUTTORE	MODELLO	INVENTARIO	UBICAZIONE
1	MILLIPORE/ MERCK	Direct-Q3/UV (n. serie F7EA03314-K)	N.I.	ED. 1, P. D, ST. 65A
2	MILLIPORE/ MERCK	MILLI-Q Direct 8	87030	ED. 1, P. F, ST.26
3	MILLIPORE/ MERCK	MILLI-Q REFERENCE	85370	ED. 8, P. B, ST. 36
4	MILLIPORE/ MERCK	ELIX 5	79667	ED. 8, P. B, ST. 36
5	MILLIPORE	ELIX ESSENTIAL 3	87456-4	ED. 1, P. F, ST. 2
6	MILLIPORE	SYNERGY ULTRA PURE WATER	87457-1	ED. 1, P. F, ST. 2

7	MILLIPORE	MILLI-Q ACDEMIC	11737-1	ED. PR, P. B, ST. 9
8	MILLIPORE/ MERCK	Synergy@UV type 1	86751 1	ED. 21, P. B, ST. 12
9	MILLIPORE	MilliQ 185 PLUS	70588-2	ED. 45, P. A, ST. 6
10	MILLIPORE	Milli RO 10 PLUS	70587-5	ED. 45, P. A, ST. 6

LOTTO N. 2: Servizio di manutenzione full-risk sui sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura **SARTORIUS e HUMAN CO.**

SISTEMI NON IN QUALITÀ:

	PRODUTTORE	MODELLO	INVENTARIO	UBICAZIONE
1	SARTORIUS	Arium 61215	0 0000086141 0	GB BS st.12
2	SARTORIUS	Arium 611VF	0 0000086142 7	GB BS st.12
3	SARTORIUS	ARIUM 611	78840	ED.19,P.B, ST.8
4	SARTORIUS	Arium611UV		ED.10,P.C,ST. 9
5	SARTORIUS	ARIUM ADVANCE RO	87355	ED.15,P.3,ST.12
6	SARTORIUS	ARIUM proVF	85333	ED.15,P.3,ST.12

SISTEMI IN QUALITÀ:

	PRODUTTORE	MODELLO	INVENTARIO	UBICAZIONE
1	HUMAN CORPORATION	P.NIX UP 900 Scholar	83096	ED. 1, P. F, ST. 39
2	HUMAN CORPORATION	Zeener UP 900 Scholar UV	83467	ED. 1, P. F, ST. 36
3	HUMAN CORPORATION	Zeneer RO 180 water purification system	83420	ED.1,P.F,ST.50

Ciascuno dei singoli lotti sopra indicati deve intendersi quale **Lotto unico e indivisibile.**

1.2) DURATA, RINNOVI E PROROGHE.

La **durata** del servizio è pari a **24 mesi** decorrenti dal verbale di consegna delle apparecchiature relativo al primo contratto attuativo del presente accordo quadro.

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere ad un nuovo affidamento al medesimo O.E. ai sensi dell'art. 63, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

1.3) IMPORTO

L'**importo** biennale complessivo presunto posto a base di gara è di Euro 290.000,00= + IVA suddiviso come di seguito indicato:

LOTTO N. 1: Servizio di manutenzione full-risk sui sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura della **MERK/MILLIPORE** - Importo biennale a base di gara Euro 260.000,00= + IVA. Il costo del lavoro per il servizio oggetto del presente lotto è stato stimato dal Responsabile Unico del Procedimento pari a euro 5.516,84.

LOTTO N. 2: Servizio di manutenzione full-risk sui sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura della **SARTORIUS** e della **HUMAN CORPORATION** - Importo biennale a base di gara Euro 30.000,00= + IVA. Il costo del lavoro per il servizio oggetto del presente lotto è stato stimato dal Responsabile Unico del Procedimento pari a euro 1.582,70.

1.4) ONERI DELLA SICUREZZA DA DUVRI

In considerazione della natura del servizio oggetto del presente affidamento, gli oneri della sicurezza da DUVRI sono pari a ZERO.

ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

2.1) Il servizio di manutenzione full-risk su ogni sistema di produzione di acqua pura/ultrapura oggetto del presente appalto, comprende le seguenti attività le quali rappresentano specifiche tecniche minime inderogabili alle quali l'Operatore Economico (O.E.) dovrà conformarsi nella propria offerta, **pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

Le operazioni di manutenzione della strumentazione e dei componenti dovranno essere eseguite da parte di un tecnico specializzato, in conformità a quanto previsto dai libretti d'uso di ciascuno strumento e senza modificare la configurazione originaria della strumentazione, né degli impianti che compongono i sistemi in oggetto.

Le visite di manutenzione e gli eventuali interventi di ripristino dovranno essere eseguiti nei giorni lavorativi dalle 08:00 alle 17:00 e dovranno essere effettuate in loco.

Dovrà essere garantito il mantenimento in buono stato di funzionamento dei sistemi oggetto della manutenzione ed assicurata la fruibilità, la sicurezza e la conservazione del valore patrimoniale, anche attraverso la verifica della corretta installazione e connessione alle reti o agli impianti dell'Istituto.

Dovrà essere fornito **tutto il materiale di consumo** necessario sia alla corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione, sia all'utilizzo quotidiano ordinario dei sistemi, anche a seguito di situazioni di consumo anomalo.

In particolare, la fornitura del materiale di consumo necessario all'utilizzo ordinario dei sistemi, laddove non avvenga contestualmente alle operazioni di manutenzione programmate, avrà luogo nelle modalità e nei tempi da concordarsi con il RUP/Direttore dell'esecuzione.

Il corrispettivo per il servizio di manutenzione full-risk deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri (ovvero del diritto di chiamata, delle spese di viaggio, delle spese di soggiorno, della mano d'opera, degli attrezzi, dei materiali di consumo necessari all'intervento e delle parti di ricambio). Nessun onere ulteriore è dovuto.

L'affidatario si impegna ad eseguire una **visita programmata** di manutenzione preventiva **annuale** per ciascun sistema, secondo un calendario da concordarsi preventivamente con il RUP/Direttore dell'esecuzione. La visita programmata in parola non potrà durare, per ciascuna apparecchiatura, più di **due**

giorni lavorativi, ad eccezione dei casi in cui si rilevino guasti e/o malfunzionamenti occorrenti di manutenzione improcrastinabile; intendendosi con ciò il concreto rischio di blocco delle attività sperimentali.

In tal caso dovrà automaticamente attivarsi la procedura di manutenzione/riparazione straordinaria in soluzione di continuità con la visita programmata senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel corso della visita programmata il tecnico specializzato dovrà sostituire le parti interne soggette a normale usura, verificare il corretto funzionamento della strumentazione, e più in dettaglio, verificare e registrare almeno i seguenti parametri:

- conducibilità acqua di alimentazione,
- reiezione salina in presenza di osmosi inversa,
- portate e pressioni, stato meccanico, idraulico ed elettrico.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a garantire interventi illimitati ad opera di un tecnico specializzato secondo necessità.

L'**intervento** dovrà essere attivato entro **tre (3) giorni** lavorativi dalla richiesta del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Il costo per gli interventi in parola è incluso nell'importo offerto e dovrà essere comprensivo della prestazione di manodopera, viaggio e fornitura di tutte le parti di ricambio nonché, qualora necessario, di interventi sul software volti al **ripristino** del normale funzionamento della strumentazione

oggetto di intervento. Tale ripristino dovrà in ogni caso essere portato a positivo completamento **entro 5 giorni** lavorativi dalla data di inizio intervento.

Eventuali ritardi, dipendenti da cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati al R.U.P./Direttore dell'esecuzione e motivati adeguatamente.

Le parti di ricambio e i materiali consumabili sostituiti durante le operazioni di manutenzione dovranno essere equivalenti agli originali certificati di fabbrica e totalmente compatibili con lo strumento; l'O.E. garantisce che saranno di un livello qualitativo equivalente alla parte certificata di fabbrica.

Dovrà, inoltre, essere previsto un **aggiornamento del software**, l'installazione dell'ultima versione di software disponibile, inclusa la nuova release, laddove compatibili con la strumentazione coperta dall'oggetto del presente servizio.

2.2) **MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN QUALITÀ**

Consiste nell'effettuazione di tutti i test e verifiche operative con procedure che rispettino gli standard internazionali di qualità e riqualifica degli strumenti con rilascio della relativa certificazione.

2.3) **CALIBRAZIONE**

Ove richiesto, l'aggiudicatario dovrà effettuare la calibrazione degli impianti di produzione di acqua

pura/ultrapura, e procedere al rilascio del certificato di calibrazione.

2.4) **Materiali di consumo**

Si indicano a titolo esemplificativo, i materiali di consumo che sono inclusi nel contratto:

- a) Filtri a carbone;
- b) Filtri a scambio;
- c) Filtri sterili;
- d) Lampade;
- e) Per il Sistema Millipore/Merk Synergy®UV type 1: Lampada UV 185 nm 10W (codice ZLUVWPM01) e filtro a scambio SynergyPak (codice SYPKOSIA1);
- f) Per il sistema Millipore/Merk Synergy UV: SYNERGYPAK 1; BIOPAK UF CARTRIDGE (1/PK);
- g) PROGARD 2S Alone cat. PROG00052;
- h) Filtri per serbatoio CAT. Tankmpk01;
- i) Uv lampade per ASM cat. ZFRES00UV;
- j) Cartucce 2" per RO 3-5 cat. CDRC00201;
- k) KIT di manutenzione per Sistema ELIX 3 cat. ZF3000041.

Resta inteso che sono, comunque, inclusi nel contratto tutti gli altri materiali di consumo che eventualmente dovessero essere necessari anche se qui non elencati.

2.5) **Parti di ricambio**

Nella manutenzione oggetto del presente contratto sono inclusi tutti i pezzi di ricambio che eventualmente si rendessero necessari.

2.6) Garanzia sulle riparazioni e sui pezzi di ricambio

La garanzia sulle riparazioni effettuate e sulle parti di ricambio sostituite non deve essere inferiore a 3 (tre) mesi, intendendosi nello specifico l'intervento tecnico di riparazione e la fornitura del materiale di ricambio nelle modalità e nei tempi stabiliti e senza oneri economici aggiuntivi per l'affidatario qualora emergessero guasti e/o malfunzionamenti entro l'arco temporale stabilito. Si specifica che la durata di 3 (tre) mesi di garanzia deve intendersi in termini di 90 (novanta) giorni lavorativi (quindi ad esclusione dei giorni festivi); ovvero con scadenza alla mezzanotte del novantesimo giorno dall'intervento tecnico. Si precisa inoltre che sono da considerarsi interventi in garanzia tutti quelli richiesti dall'affidatario con chiamata entro il termine del suddetto periodo. Qualora il fornitore per cause esterne (ad es. richiamo di materiale di ricambio difettato,) ritenesse necessario procedere a manutenzione/riparazione straordinaria, tale intervento dovrà essere preventivamente concordato con il RUP e - nello specifico delle apparecchiature in sistema di qualità - dovrà essere fornito l'opportuno materiale documentale a supporto.

Art 3. - ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Il servizio in parola sarà Aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi che, nel loro complesso, individueranno la qualità del servizio offerto, il quale dovrà risultare espressamente descritto nell'offerta tecnica:

1. Qualità dell'organizzazione del servizio oggetto dell'appalto, in particolare, sarà valutata l'adeguatezza della struttura organizzativa messa a disposizione per la gestione del servizio e delle modalità concrete che l'O.E. intende seguire per la sua esecuzione, nonché la sua rispondenza alle prescrizioni del Capitolato tecnico. Verranno, inoltre, valutati i seguenti sub-elementi: l'orario di funzionamento del servizio di ricezione delle chiamate; il numero di linee telefoniche disponibili; un servizio di help desk per la soluzione di problematiche da remoto.
2. Qualità, quantità e formazione del personale utilizzato per il servizio, in particolare: specializzazioni possedute dal personale messo a disposizione dell'appalto; anni di esperienza specifica posseduti dal personale messo a disposizione dell'appalto; numero di tecnici messi a

disposizione per il servizio; frequenza corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

3. Numerosità degli interventi di manutenzione ordinaria.
2. Tempi di intervento migliorativi garantiti per la manutenzione straordinaria.
3. Tempi di ripristino del normale funzionamento della strumentazione migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato tecnico.
4. Parti di ricambio: eventuale utilizzo di parti di ricambio originali certificate.
5. Durata della garanzia sulle riparazioni effettuate e sulle parti di ricambio sostituite.

Art 4 - PENALITA'

Per il mancato rispetto della tempistica di intervento o di ripristino della funzionalità delle apparecchiature oggetto di manutenzione stabilita dal presente Capitolato tecnico (ovvero di quella migliorativa offerta dall'aggiudicatario) e per ogni ulteriore mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato tecnico, verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo fatturato.

Si precisa che le penali sono tra loro cumulabili fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Qualora il mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali comportino un'applicazione della penale per un importo superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il

Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In ogni caso, per l'Istituto Superiore di Sanità, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi specificatamente previsti, troverà applicazione l'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo sopra citato.

Art 5 - Rapporto di intervento

A seguito di ogni intervento l'O.E. dovrà rilasciare un rapporto descrittivo contenente tutte le informazioni, le verifiche, le azioni eseguite, le parti di ricambio sostituite, i parametri misurati sul sistema oggetto di intervento e quant'altro necessario alla completa comprensione dell'intervento.

Tale rapporto dovrà essere debitamente firmato dal tecnico dell'O.E. e dal RUP/Direttore dell'Esecuzione per presa visione e conferma della conclusione dell'intervento.

ART. 6 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno disposti con cadenza bimestrale, entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte dell'Istituto, previa effettuazione, entro tale termine, delle verifiche volte ad accertare la regolarità delle prestazioni richieste rispetto

alle previsioni contrattuali (certificato di regolare esecuzione).

Sulla fattura elettronica dovrà essere riportato il Codice Univoco Ufficio assegnato all'Ufficio Contratti dell'Istituto cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente contratto. Il Codice Univoco Ufficio assegnato al sopra citato Ufficio è il seguente: **BLEIS3**.

Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, sulla medesima fattura dovrà, altresì, essere riportato il **numero CIG** attribuito alla presente procedura e il periodo al quale la stessa si riferisce. Sono fatte salve situazioni impeditive del pagamento, quali la dichiarazione di "non regolare esecuzione", ovvero per cause non dipendenti dall'Istituto, quali ad esempio errori nella fatturazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi che verrà corrisposto sarà pari a quello riconosciuto quale interesse legale dalla normativa vigente.

Troverà applicazione quanto disposto dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, così come previsto dall'art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, dopo l'emissione da parte del Responsabile del Procedimento del certificato di

regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

ART. 7 - CESSIONE E SUBAPPALTO (ART. 105, D.LGS. N. 50/2016).

Non è consentita la cessione totale o parziale del servizio di cui alla presente procedura.

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, dichiarando le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

L'O.E. dovrà, inoltre, precisare in sede di presentazione dell'offerta se non intende eseguire direttamente le prestazioni di cui al presente appalto.

In tal caso, dovrà indicare l'O.E. che eseguirà la prestazione; troverà applicazione quanto previsto dall'art. 105, comma 20 del Codice.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare, ai sensi dell'art. 3, co. 8 e 9, L. n. 136/2010 e s.m.i., la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto ed è consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, L. n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, e a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Roma.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Luca Lucentini)