

- **Pubblicato il 28/12/2018**

F.A.Q. AL 28/12/2018 - CHIARIMENTI - RISPOSTE A QUESITI (F.A.Q.) QUESITO 1 in merito al lotto 1 citofluorimetri BD, si fa presente che il servizio di assistenza tecnica sui citometri sorter modello FACS Aria I è garantito fino al 31/12/2018. Oltre a tale data, sarà possibile fornire assistenza sia preventiva che correttiva, limitatamente alla sola manodopera o in base alla residua disponibilità di ricambi. In funzione di ciò e relativamente alla disposizione del capitolato che richiede di produrre offerta di servizio per i citometri sorter FACSARIA I in modalità manutenzione su chiamata, si chiede a codesto rispettabile Ente se interessati a ricevere offerta per gli stessi alle condizioni indicate o se dovranno essere stralciati dal lotto 1. RISPOSTA 1 Consapevoli delle reali difficoltà nel reperimento di ricambi originali si conferma la volontà di ricevere un'offerta per gli strumenti in questione (FACSARIA I) fatta salva la possibilità di escludere gli strumenti suddetti durante l'esecuzione del contratto di manutenzione, nel caso in cui non dovessero risultare riparabili. QUESITO 2 sempre con riferimento al lotto 1, per una corretta formulazione dell'offerta si chiede il numero di serie dello strumento che corrisponde al numero di inventario da voi indicato RISPOSTA 2 Si ritiene che le informazioni fornite siano sufficienti per la formulazione dell'offerta. QUESITO 3 Capitolato tecnico art. 3: è indicato e quantificato il costo della manodopera, a che tipo di costo fate riferimento? Questi costi sono al di fuori del base d'asta o compresi? RISPOSTA 3 I costi della manodopera indicati sono costi stimati dalla stazione appaltante sulla base delle tabelle ministeriali e sono ricompresi nell'importo a base d'asta in conformità a quanto stabilito dall'art. 23, comma 16, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.